

Miasto Stołeczne Warszawa,
00-950 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5
NIP: 525-22-48-481
Dom Pomocy Społecznej „SYRENA”
ul. Syreny 26, 01-150 Warszawa
Telefon: 22 632-32-41; 22 632-32-42 Fax: 22 632-75-09
www.dpssyrena.pl; e-mail: alebek@um.warszawa.pl;

Warszawa, 16.10. 2019 r.

Do wykonawców biorących udział
w postępowaniu prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Opracowanie, wytworzenie, dostawa i instalacja kiosków diagnostycznych (stacjonarnego i mobilnych) wraz z certyfikacją urządzeń, oprogramowaniem oraz integracją danych z urządzeń do systemu Syrena w ramach projektu pt. „Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)”

Zamawiający w odpowiedzi na pytania Wykonawcy, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, odpowiada na pytania do ogłoszenia i SIWZ:

Pytanie 1:

„Zakres: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zapis: 3. Opis funkcjonalności: pkt. 3.

- f) gromadzenie wyników ocen i skanów zebranych za pomocą kiosków diagnostycznych lub wprowadzonych do systemu Syrena do odpowiedniej zakładki przez personel DPS;
- j) gromadzenie plików z wynikami medycznymi dodanych jako załączniki do odpowiedniej zakładki w systemie Syrena (załączniki w formie plików PDF, plik ze skanami badań w formacie PNG/JPG/BMP/TIFF);

Pytanie 1: Czy Zamawiający zakłada integrację systemów jeżeli tak, zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie wymagania i podanie polskich lub międzynarodowych standardów które mają być użyte w integracji między systemami, oraz zakresu integracji.

W innym przypadku czy Zamawiający dopuszcza istnienie odrębnego systemu do obsługi kiosku diagnostycznego.”

Odpowiedź 1: Zamawiający zakłada integrację wymiany danych z dwóch systemów. Współpracę z systemem informatycznych DPS „Syrena” z pomocą dedykowanego, otwartego API, opartego o uznane mechanizmy komunikacji cyfrowej takie jak np. Web-serwisy, komunikacja REST czy MQTT. Platforma do poprawnej pracy wymaga danych i zleceń z systemu informatycznego DPS Syrena. W przypadku braku zlecenia dla konkretnego podopiecznego nie jest możliwe wykonanie i zarejestrowania pomiarów, z uwagi na fakt, iż brakować będzie informacji, do kogo te dane należą.

Pytanie 2:

„Zakres: WYMAGANIA TECHNICZNE

Zapis: 1. Kiosk diagnostyczny stacjonarny:

n) stanowisko musi mieć zabudowaną drukarkę do wyników badań i EKG;

Pytanie 2: Czy Zamawiający dopuszcza aby ze względów higienicznych drukarka nie była wbudowana w kiosk diagnostyczny?”

Odpowiedź 2: Zamawiający nie wyraża zgody.

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
SYRENA

Małgorzata Słomian